

令和5年7月 24日

## 指名競争入札通知書

海南市七山 964-1  
社会福祉法人 中庸会  
理事長 竹中 庸之

入札参加者 各位

下記の物品購入について、指名競争入札に付することにしましたので、入札条件に従い入札に参加してください。

### 記

- 名称 : コンパクト浴槽 エレベートバス及び付属品購入  
入札実施場所 : 和歌山県海南市七山 964-1  
特別養護老人ホーム天美苑  
仕様の確認方法 : 別紙仕様書を確認のこと  
入札条件 : ■入札書は所定の書式を使用の上、記入押印した封筒に入れ封印をし、所定の時刻に自ら投入してください。  
■入札額は、税抜き価格としてください。  
■代理人が入札する場合は、委任状を入札前までに代理人が持参して提出してください。  
■次の入札は無効となります。  
1.談合入札。  
2.入札に参加する資格を有しない者のした入札  
3.委任状を持参しない代理人のした入札  
4.記入押印を欠く入札  
5.金額を訂正した入札  
入札日時 : 令和5年7月27日 午後14:00 開始  
開札日時 : 令和5年7月27日 午後14:20(予定)  
再入札 : 有(3回目まで)

以上

## 入札仕様書

### 1. 購入の目的

介助が必要な利用者に対して、安全に寝たままの状態が入浴が可能な入浴装置を導入することで、サービスの向上及び介護負担の省力化を目的として下記の仕様の製品を購入する。

2. 購入物品 コンパクト浴槽 エレベートバス

3. メーカー名 酒井医療 株式会社

4. 設置場所 特別養護老人ホーム 天美苑 浴室内

5. 機器構成	浴槽本体	CET-100	1台
	担架	EWS-100	1台
	高さ調節式ストレッチャー	EST-100	1台

### 6. 機器の仕様

#### 浴槽本体仕様

設置場所に関わる為、浴槽本体は下記仕様の範囲とする。

外形寸法：2053 (L) × 846 (W) × 760~1200 (H) m 以内

浴槽内寸法：1783 (L) × 714 (W) × 460 (D) 以上

電 源：単相 100V (50/60HZ)

昇降方式：電動油圧式

重 量：約 320kg 以下

浴槽内実使用湯量：約 340ℓ

有効水深：338mm 以上

浴槽縁高さ：640~1080mm

給 湯：25A 1本

給 水：25A 1本

排 水：80A 堀込

## 7. 運用的要件

### (浴槽本体)

- ① 火傷事故防止のため、給湯温度が46℃以上になると給湯が自動的に停止すること。また、浴槽内温度が44℃以上の場合、浴槽が上昇しない安全機構を備えていること。
- ② 操作しやすいように、入浴スイッチはストレッチャーの連結操作位置から押せる位置にあること。
- ③ 給湯及び浴槽内の湯温が高温時（44℃以上）にデジタル表示部が点滅し注意をうながせること。
- ④ 入浴者脱落防止のため、担架を浴槽の正規の位置まで差し込まないと浴槽上昇しないインターロック機構が装備されていること。
- ⑤ ストレッチャーが浴槽に正しくセットされたことを確認する「連結完了ランプ」が標準装備されていること。(エレベートバス用)
- ⑥ デジタル表示パネルにて入浴時間が表示され入浴ケアの管理ができること。
- ⑦ 給湯温度計と浴槽内温度計を搭載していること。
- ⑧ 浴槽への給湯では、適正水位で自動停止する機能を有していること。
- ⑨ 給湯ミキシングは、ボタン一つで簡単に温度調節できる電子制御ミキシングを採用していること。
- ⑩ シャワー掛け具は、使いやすい自由な位置に動かせること。

### (担架)

外形寸法：1807 (L) × 599 (W) × 261 (H) mm 以上

重 量：約 45kg 以下

- ① 安全に側臥位での洗身を行なえるように、手すりは左右独立に動かせること。
  - ② 入浴者の脱落を防止する 957 (L) × 220 (H) mm 以上の大型サイドフェンスが装備されていること。
  - ③ 枕は、どこに頭を乗せても安心できるよう、幅が40cm以上あること。
  - ④ 体格に合わせて、枕の位置調整ができること。
  - ⑤ 体格に合わせて、足当ての位置調節ができること。
  - ⑥ 入浴者の肌を傷付けないよう、ベルトには肌ざわりの優しいベルトパッドを装備していること。
  - ⑦ 浴槽の昇降に伴い、自動リクライニングする機能を有すること。
-

(高さ調節式ストレッチャー)

外形寸法：1240 (L) × 745 (W) × 404～684 (H) mm 以内

昇降方式：電動アクチュエータ

昇降回数：満充電時 約 50 回以上

重 量：約 85kg 以下

キャスター径：支柱側 2 輪 / φ125mm 以上 (2 輪トータルロック式)

差込側 2 輪 / φ100mm 以上

- ① 入浴時の担架送り込みが前傾姿勢を取らなくてもできるよう、ストレッチャーのキャスターが浴槽下に進入し、かつ上面部分の幅が短く、313mm 以下であること。
- ② 操作者の視界がよく、操作もしやすくするため、バッテリーがストレッチャー下部に配置された低重心設計であること。
- ③ 担架面高さは、車椅子や搬送用ストレッチャーからの移乗しやすさを考慮し、  
高さを調節できること。
- ④ 誤操作防止のため、ストレッチャー上限位置をお知らせするインジケータがついていること。
- ⑤ 支柱側 2 輪のキャスターを一踏で同時にロックできるトータルロック機能を有すること。
- ⑥ 充電時、ストレッチャーをコンセント位置まで動かす手間がないよう、バッテリーはストレッチャーから取り外しできる着脱式であること。
- ⑦ バッテリー残量が一目で分かるよう、バッテリーカバーには残量が確認できるインジケータがついていること。

# 入 札 書

入札  
金額

十	億	千	百	十	万	千	百	十	円

納入場所 海南省七山964-1 特別養護老人ホーム天美苑

入札名称 コンパクト浴槽 エレベートバス及び付属品購入

上記のとおり指定備品について請負をしますから入札します。

令和 年 月 日

住所

氏名

代理人

医療法人 天竹会

理事長 竹中 庸之 様

# 委任状

私儀 都合により 〃 〃 〃 〃 を代理人として

令和 年 月 日に入札する下記の入札に関する一切の権限  
を委任します。

代理人使用印



## 記

納入場所 海門市七山964-1 特別養護老人ホーム天美苑

入札名称 コンパクト浴槽 エレベータバス及び付属品購入

令和 年 月 日

住所

氏名

社会福祉法人 中庸会  
理事長 竹中 庸之 様